保証

材質または製品の欠陥については、製品が配送されてから一年間の保証期間が適用されます。乾電池、コード、AC アダプター、充電式電池などの可動の部品はこれにあてはまりません。保証が適用される欠陥は無料で修理されます。その場合、領収書の提示が必要です。この条件にあてはまらない要求には応じられません。お客様の住所以外の場所からの運送費は、お客様の負担になります。運送中に生じた欠陥についての保証は、運送が完全な本来の梱包状態にあり、製品が本来のパッキングで保護されて固定されていた場合にのみ通用します。そのため、梱包部材は全て保管してください。seca 社から資格を与えられた担当者以外によって器械内部があけられた場合の保証は負いかねます。

海外のお客様の商品保証のケースは、製品をお求めになられた際の担当の店員がうけたまわります。

seca 株式会社
〒 262-0011
千葉県千葉市花見川区三角町 94-2
電話：　043-216-0850（代表）
ﾌｧｯｸｽ：　043-216-0581
seca corporation
94-2, Sankakucho, Hanamigawaku,
Chiba City, Chiba 262-0011, Japan
Phone: +81-43-216-0850
Fax: +81-43-216-0851

seca 756



17-10-07-514c_11-2018B

Medical Measuring
Systems and Scales
since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg · Germany

Telephone +49 40 20 00 00 0

Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca group

seca deutschland
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico
seca austria
seca polska
seca middle east
seca brasil
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific

seca®
Precision for health

組み立てる



調整する



体重を測る



ボディ・マス・インデックス (体格指数)



< 18,5	やせ型
18,5 〜 24,9	標準体重
25 〜 30	軽度ないしは中程度の肥満
> 30	高度の肥満

技術仕様

kg Max	e	a, b, c	kg		e = 0,5 kg
160 kg	0.5 kg	a = 628 mm b = 360 mm c = 1000 mm	18 kg	+10° C から +40° C	

・型式承認番号 :D076 号　・精度等級 4 級　・93/42/EWG (EC 医療機器基準)